# ADC® Instruments Neurologiques

Marteaux et Diapasons

AMERICAN DIAGNOSTIC CORPORATION

# Un merci tout spécial …

Merci d'avoir choisi un instrument neurologique ADC ®. Nous sommes fiers des soins et de la qualité qui va dans la fabrication de chaque produit qui porte notre nom. Seuls les meilleurs matériaux sont utilisés pour vous assurer d'un instrument intemporel conçu pour des performances optimales. S'il vous plaît lire les instructions et les renseignements généraux qui se révélera utile pour vous permettre de profiter de votre produit ADC ® suivants.

Sincèrement,
American Diagnostic Corporation

**Device Description et utilisation prévue:**

Toutes ® neurologiques Marteaux à percussion ADC sont des instruments médicaux utilisés par les professionnels de la santé pour tester les réflexes tendineux dans le cadre d'un examen physique neurologique afin de détecter des anomalies dans le système nerveux central ou périphérique.

Tous les Diapasons ADC ® sont des instruments médicaux utilisés par les praticiens de la santé à mener auditif et tests neurologiques pour déterminer les conditions médicales sous-jacentes. Les tests de Rinne et Webber peuvent être réalisées avec ces appareils.

**Contre-indications:**

Instruments neurologiques doivent pas être utilisés sur les lieux endommagés ou blessés du corps d'un patient où l'utilisation d'un tel dispositif peut causer plus de dommages ou de blessures.

**Avertissements et précautions:**

**AVERTISSEMENT:** marteaux neurologiques peuvent contenir des pointes aigues ou composants. Ne laissez pas cet appareil sans surveillance autour des enfants.

**ATTENTION:** Certains marteaux neurologiques peuvent avoir des bouts pointus qui peuvent causer des blessures graves s'il est utilisé correctement. Des précautions doivent être prises lors de la manipulation de ces appareils.

**ATTENTION:** Aucune forme de stérilisation a été validé pour cet appareil. Ne pas passer à l'autoclave cet appareil ou de l'exposer à des conditions environnementales extrêmes que les dommages à l'appareil peuvent en résulter.

**Opération (pour tous les marteaux neurologiques):**

L'Taylor Hammer (3693) est généralement lieu à la fin et puis créa un mouvement en forme d'arc sur le tendon. Place de la Reine (3699) et Marteau de Babinski (3697, 3698BK) se tiennent généralement perpendiculaire au tendon et passivement balancé sur le tendon avec l'aide de la gravité. La manœuvre Jendrassik peut également être utilisé pour accentuer réflexes.



Certains modèles (Buck Hammer - 3691 et Babinski Marteau - 3697) ont dissimulé des aiguilles et / ou brosses pour le test réflexe et neurologique supplémentaire. Pour utiliser ces composants, dévisser la base de la poignée du marteau. Pour Hammers Buck, l'aiguille dissimulée peut être consulté en dévissant le haut de l'appareil et en tirant sans l'aiguille.

**Fonctionnement (Pour tous les Diapasons):**

Pour faire fonctionner votre diapason, tenir aussi près que possible à la fin. Pour de meilleurs résultats, frapper le diapason doucement contre une surface dure près de là où commencent les fourches. Il n'est pas nécessaire de trouver un objet très dur et il faut prendre soin de ne pas heurter un objet qui peut être facilement endommagé, comme un dessus de table en verre ou tout autre objet similaire.



500128 500256 500512 501024 502048 504096

Alternativement, le diapason peut être activé par «claquer» les pointes des fourches. Placez votre pouce et l'index figure à l'extérieur de chaque fourche, puis faites glisser vos doigts sur l'extrémité de chaque fourche tout en les déplaçant vers l'autre, comme si vous étiez claquer. La motion sera mis les deux fourches vibrantes.

**Conseils utiles lors de la tenue du diapason:**

- Gardez votre poignet souple et flexible.
- Gardez votre cabinet de doigts, mais ne pas appuyer fort contre la tige du diapason.
- Votre coude doit être plié et détendu, et votre bras ne doit pas être tendu.
- Assurez-vous que vous tenez le diapason aussi proche de la fin que possible.
- Evitez de toucher les dents de la fourchette de réglage pendant l'utilisation.
- Évitez saisir le diapason hermétiquement.
- Évitez d'avoir votre bras dans une position rigide ou verrouillé.
- Evitez d'activer le diapason en le frappant contre votre main.






Lorsque vous utilisez un diapason d'examiner un patient, l'appareil doit être maintenu dans une telle manière qu'il est dans la même orientation que le patient. Les dents de la fourchette de réglage se dégagent davantage de vibrations que le patient peut entendre lorsqu'il est orienté comme ça. Voir l'image ci-dessous pour plus de détails.

**Nettoyage et désinfection:**

Votre instrument neurologique peut être nettoyé avec un chiffon doux ou un tampon de coton. Un désinfectant à faible niveau constitué de 70% d'alcool d'isopropyle peut être utilisé au besoin pendant le processus de nettoyage. Les produits chimiques, la chaleur excessive, le froid ou les huiles peuvent endommager l'appareil et réduire sa durée de vie.

**Ce dispositif ne peut être stérilisé ou autoclavé.**

**Note importante:** Les solutions de nettoyage excessifs peuvent laisser un résidu sur l'appareil qui aura un impact sur la qualité sonore des diapasons. Ces appareils doivent être soigneusement nettoyés et séchés avant utilisation.

**GARANTIE LIMITÉE:**

American Diagnostic Corporation (ADC ®) garantit ses produits contre les défauts de matériaux et de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et de service comme suit:

1. Le service de garantie s'étend à l'acheteur original et entre en vigueur à la date de livraison.
2. Votre Instrument neurologique ADC est garanti pendant un an à compter de la date d'achat (toutes les parties).

**Ce qui est couvert:** Remplacement des pièces et la main-d'œuvre.

**Ce qui n'est pas couvert:** Les frais de transport vers et à partir ADC ®. Les dommages causés par un usage abusif, d'un accident ou d'une négligence. , Dommages spéciaux, indirects ou consécutifs. Certains états n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires, spéciaux ou consécutifs, la présente restriction peut ne pas s'appliquer à vous.

**Pour obtenir le service de garantie:** Envoyer l'élément (s) en port payé à ADC ®, Attn: Repair Dept 55 Commerce Dr, Hauppauge, NY 11788. S'il vous plaît inclure votre nom et adresse, numéro de téléphone., Une preuve d'achat et une brève note expliquant le problème.

**Garantie implicite:** Toute garantie implicite est limitée dans sa durée aux conditions de cette garantie et en aucun cas au-delà du prix de vente initial (sauf si la loi l'interdit). Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques et vous pouvez avoir d'autres droits qui varient d'un État à l'autre.

AMERICAN DIAGNOSTIC CORPORATION

ADC
55 Commerce Drive
Hauppauge, NY 11788
U.S.A.

EC REP ADC (UK) Ltd.
Unit 6, PO14 1TH
United Kingdom

Inspected in the U.S.A.
Made in China
tel: 631-273-9600, 1-800-232-2670
fax: 631-273-9659

***www.adctoday.com***
*email: info@adctoday.com*

IB p/n 93-NEURO-00 french